



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 005680



СЕРТИФІКАТ

затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-1531-2009

Виданий 1 грудня 2009 р.

Цей сертифікат, виданий компанії YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, Японія, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджений тип засобів вимірювальної техніки "Перетворювачі тиску вимірювальні EJA..., EJX...", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1902-07.

Контроль метрологічних характеристик перетворювачів тиску вимірювальних EJA..., EJX... під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою Японії.

Міжповірочний інтервал, установлений під час затвердження типу перетворювачів, – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки.

Заступник Голови



С.Т. Черепков