

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 556

Свідоцтво, видане фірмі Yokogawa Electric Corporation (Японія), фірмі Rota Yokogawa GmbH & Co.KG (Німеччина) та фірмі Yokogawa Electric China Co., Ltd (Китай), посвідчує, що виготовлені підприємствами вироби:

вихрові витратоміри YEWFLO DIGITAL моделей DY, DY-N, DY\HT, DY-N\HT та перетворювачі витрати YEWFLO DIGITAL моделі DYA є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.6 та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExdIICT1...T6 - витратомірам моделей DY, DY-N

1ExdIICT6 - перетворювачам моделей DYA

Витратоміри та перетворювачі витрати можуть бути рекомендовані для застосування на території України. Вироби повинні використовуватись згідно з "Умовами застосування", що є невід'ємною частиною цього свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до 01 грудня 2009 р.

Чинність свідоцтва продовжена до 23 січня 2016 р. листом 19-1,2,3/23 від 24.01.2011 р.

Керівник ДВСЦ ВЕ

А.Є. Погорельський

В цьому свідоцтві пролікувано і скріплено печаткою 2 аркуша

