



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 004509



СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-1529-2007

Виданий 30 липня 2007 р.

Цей сертифікат, виданий компанії YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, Японія, заводу Yokogawa Electric China Co., КНР, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджено тип засобів вимірювальної техніки "Витратоміри-лічильники вихрові YEWFLO DY...", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1900-07.

Контроль метрологічних характеристик витратомірів-лічильників вихрових YEWFLO DY... під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою.

Міжповірочний інтервал, встановлений під час затвердження типу, – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки.

Голова



О.С. Шнирко